

ULTRAVIOLETĀ STAROJUMA IEKĀRTAS (IZMANTOŠANAS PRASĪBAS)

TVĒRUMS

Būtiskās prasības ultravioletā starojuma iekārtām

LATVIJAS LIKUMDOŠANA

Ministru kabineta noteikumi Nr. 13 "[Prasības kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšanai](#)".

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJA

Kosmētiskā iedeguma pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai ir nepieciešama iepriekšēja paziņošana. Atbildīgā iestāde par ultravioletā starojuma iekārtu lampu kontroli ir Veselības inspekcija (tālr.: +371 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv)

KONTAKTINFORMĀCIJA

PAR NOTEIKUMIEM ATBILDĪGĀ IESTĀDE

Latvijas Republikas Veselības ministrija

Mājaslapas adrese: www.vm.gov.lv

Tālr.: +371 67876000

[Tiešsaistes kontaktforma](#)

TIRDZNIECĪBAS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE

Veselības inspekcija

Mājaslapas adrese: www.vi.gov.lv

Tālr.: +371 67081600

E-pasts: vi@vi.gov.lv

GALVENĀS PRASĪBAS TIRGUS DALĪBNIEMIEM

Ultravioletā starojuma iekārtas radītais maksimālais efektīvais ultravioletā starojuma līmenis nepārsniedz 0,3 W/m².

Ultravioletā starojuma iekārtas radīto maksimālo efektīvo ultravioletā starojuma līmeni apliecina ultravioletā starojuma iekārtas tehniskā dokumentācija, lampu ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija vai mērījumu rezultāti.

Ultravioletā starojuma iekārtas radītā starojuma mērījumus ar kalibrētu mēraparatūru, kas atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijai ir piemērota attiecīgā ultravioletā starojuma mērīšanai, veic:

- laboratorija, kura ir akreditēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;
- citās Eiropas Savienības dalībvalstīs akreditēta institūcija, kura ir tiesīga veikt optiskā starojuma mērījumus;
- persona ar atbilstošu kvalifikāciju mērījumu veikšanai.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina ierakstu veikšanu (elektroniski vai papīra formā) par ultravioletā starojuma iekārtu lampu maiņu, to nolietojuma pakāpi, kā arī jebkurām tehniskajām pārbaudēm. Šie dati pēc pieprasījuma ir pieejami patērētājiem un Veselības inspekcijai.